

## **FANLI ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Cihaz ithal malı olmalıdır.
- Cihazın maksimum çalışma sıcaklığı en az 220 °C olmalıdır.
- Cihaz 150 ° C'ye en fazla 36 dakikada ulaşabilmelidir. Cihazın kapağı 30 sn kadar açık tutulduğunda 20 dakika içinde tekrar 150 °C'ye ulaşabilmelidir.
- Cihazın 150°C'deki sıcaklık salınımı (düzensiz değişimi):+/-0.3°C olmalıdır.
- Cihazın iç boyutları en az (GxYxD):600x480x400 mm olmalıdır.
- Cihazın dış boyutları en fazla (GxYxD):800x760x660 mm olmalıdır.
- Cihazın iç hacmi en az 115 litre olmalıdır.
- Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital göstergeli olmalıdır.
- Cihazda 0-9999 dakika veya sürekli çalışma moduna ayarlanabilen dijital timer bulunmalıdır.
- Cihazın nominal gücü maksimum 1040 watt olmalıdır.
- Cihaz fanlı havalandırma sistemine sahip olmalıdır.
- Cihaz Sınıf 1 emniyet termostatlı olmalıdır.
- Cihaza en az 5 adet raf takılabilmeli ve cihazla beraber 2 adet raf verilmelidir.
- Cihazı teklif eden firma üretici firmanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalı, bu firmanın cihazları ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmalı ve bu belgeleri ihalede sunmalıdır.
- Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz servis,5 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.